


Verifizierungsbericht: Verifizierung Muster Silver

Bediener	Christian Kriegl
Datum der Erstellung	12/09/2020 09:58:13
Verifizierungsstandard	EN 12504-2
Kalibrieramboss Seriennr.	SA03-001-0056
Kalibrieramboss Rückprallwert	77 Q
Kalibrieramboss Toleranz	3 Q
Verifizierungskriterien	Werte +/- 3 Q
Verifizierungsergebnis	Erfolgreich

Balkendiagramm



Tabellenansicht

#	Winkel (°)	Q
1*	0	75
2*	0	75
3*	0	75
4*	0	76
5*	0	77

#	Winkel (°)	Q
6	0	77
7	0	76
8	0	75
9	0	76
10	0	75

* Sonderfall

Statistik

Messwerte	5
Durchschnitt	75.8 Q
Standardabweichung	0.8 Q
Minimum	75 Q
Maximum	77 Q
Bereich	2 Q
Relativer Messbereich	2.6%

Einstellungen

Grenzwerte Hoch: 80 Q , Niedrig: 74 Q

Info Hammer

Letzte Schmidt Live Verifizierung 12/09/2020
Seriennummer OS82-002-0115
Hardware Version B0
Firmware Version 2.0.6

Info Bluetooth-Modul

Seriennummer BT05-004-1766
Hardware Version C0
Firmware Version 1.0.1

Applikationsinfo

Plattform iOS
Version 3.1.1